DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN
Capacidad de Medición y Calibración (CMC)

CALITEST S.A.C.

Dirección	:	Jr. Jangas Nro. 628 – Urb. Chacra Colorada – Breña
Código de Registro	:	LC - 0109
Acreditado con la Norma	:	NTP-ISO/IEC 17025:2017
Expediente	:	N° 00363-2025-DA-E
Vigencia de la Acreditación	:	Del 2026-08-18 al 2029-08-17
Fecha de Actualización	:	2026-08-19

Disciplina/Magnitud : **caracterizacion de medios isotermos**

Nro.	Calibración o Servicio de Medición				Intervalo de Medicion o Alcance de Medición			Condiciones de Medición/Variables Independientes		Incertidumbre Expandida					Incertidumbre Expandida del Laboratorio					Incertidumbre Expandida del Instrumento/Artefacto a calibrar					Patrón de Referencia usado en la calibración		Lista de las Comparaciones que apoyan este servicio de calibración/ medición	Comentarios
	Subdisciplina	Instrumento de medición o Artefacto	Método de Calibración	Procedimiento de Calibración	Valor Mínimo	Valor Máximo	Unidades	Parámetro	Especificaciones	Expresión	Unidades	Factor de Cobertura	Nivel de Confianza	¿La Incertidumbre Expandida es relativa?	Expresión	Unidades	Factor de Cobertura	Nivel de Confianza	¿La Incertidumbre Expandida es relativa?	Expresión	Unidades	Factor de Cobertura	Nivel de Confianza	¿La Incertidumbre Expandida es relativa?	Patrón	Fuente de la Trazabilidad		
1	*caracterizacion de medios isotermos*	*Medios Isotermos con aire como medio termostático*	*Comparacion directa*	*PC-018 INDECOPI, 5ta edicion, 2009*	*35*	*185*	*°C*	*Temperatura ambiental*	*de 15 °C a 32 °C*	*Max Temp. Medida= 0,33 Min Temp Medida = 0,34 Desviacion de Temperatura en el Tiempo = 0,09 Desviacion de temperatura en el espacio = 0,10 Estabilidad medida= 0,05 Uniformidad medida = 0,11*	°C	2	95 %	No	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Termómetro multicanal con 12 termopares tipo T	PESATEC PERU SAC	ILL-2025-228	
															-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
															-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
															-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
															-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
															-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----				